器 69 歯科用柔和器及び重合器 一般医療機器 歯科技工用重合装置 (35761000)

CAパワーグリップ

【禁忌・禁止】

- 1. 歯科矯正用。矯正操作以外に使用しないこと。
- 2. 使用目的以外には使用しないこと。
- 3. 変形や異常が見られた場合は、器具の使用を中止すること。

【形状・構造及び原理等】*

1. 概要

本品はシリコン製の型である。

光重合レジンを満たした本品を歯面に置いた状態で光照射 することで、歯の移動を目的としたアタッチメントを作成す る。

2. 形状

本品を用いて作製したアタッチメントの形状は下記のとおり。




表. No. 1~No. 9 各作製品に対応する本品の商品番号ならびに用途

作製品	商品番号	種類名	用途
No. 1	5330	MFM	エラスティックを使用した挺出及び ローテーションコントロール
No. 2	5331	MDI	前歯のアンギュレーションコントロール
NO. 3	5332	DMI	
No. 4	5333	FALA	前歯の前方・後方移動及び
No. 5	5334	FALI	トルクコントロール
No. 6	5335	BUB	咬合拳上(小臼歯用)
No. 7	5336	BUM	咬合拳上(大臼歯用)
No. 8	5337	BUAS	前歯の圧下
No. 9	5339	BUAL	

付属品 (医療機器非該当)

商品番号	種類番号		
5340	5340. 801		
5540	5340. 802		

3. 原材料

パワーグリップフォーム:シリコン樹脂 本品 付属品 ホルダー :ステンレス鋼

【使用目的又は効果】

本品は高分子材料を重合する際に用いるシリコン製の型であ る。光によって重合を行い、歯列矯正用アタッチメント等を作 製する。

【使用方法等】

- 1. 通法に従って歯面を十分に清掃し、水洗・乾燥する。
- 2. 歯面にエッチング処理を施し、十分に水洗・乾燥する。 3. 使用する光重合レジン専用のプライマーを歯面に塗布する。
- 4. パワーグリップフォーム(以下、本品)を専用のホルダーに 取り付ける。
- 5. 本品に光重合レジンを隙間なく注入し、歯面に適切な力で押 し付ける。
- 6. 照射器で光重合レジンを硬化させる。
- 7. 本品を慎重に歯面から外す。

【使用上の注意】

- 1. 本品は、埃や汚れが付着しないように保管すること。
- 2. 使用後に必ず洗浄・滅菌すること。
- 3. 光重合レジンを注入する際は気泡が入らないよう十分に注 意すること。
- 4. 光重合レジンはメーカーが推奨する照射時間で硬化させる
- 5. オートクレーブによる滅菌はできません。
- 6. 殺菌にはホルムアルデヒドや高濃度の漂白剤を使用しない こと。

【保管方法及び有効期間等】 *

- 1. 直射日光・紫外線を避け、埃等が付かない乾燥した場所で 衛生的に保管すること。
- 2. 薬品又は酸化性ガスの発生する付近には保管しないこと。

【製造販売業者又は製造業者の氏名又は名称等】**

製造販売業者:株式会社 JM Ortho

所:東京都千代田区神田駿河台 2-2

御茶ノ水杏雲ビル 14F

電 話 番号: 03-5281-4711 FAX 番号: 03-5281-4716

製 造 業 者: Scheu Dental GmbH (ドイツ)

1/1 T038-04